

Область аккредитации
химической лаборатории ОАО «Бумажная фабрика «Красная звезда»

Наименование объекта или вида испытаний	Код МКС	Характеристика объекта или вида испытаний	Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к:	
			показателям объекта испытаний	методам испытаний
1	2	3	4	5

1.Сточные воды	41.01.99	1.1Отбор проб	«Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод». Минприроды РБ от 16.02.94г	«Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод». Минприроды РБ от 16.02.94г
	41.28.99	1.2 Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅) (стандартный метод) Д 1 - 2,5 мг/дм ³ , Δ - 13% Д 1 - (2,5 – 7)мг/дм ³ , Δ - 7% Д (7 - 10 мг/дм ³) , Δ - 10%	«Разрешение на специальное водопользование № Бел-Вит 307 ОАО «Бумажная фабрика «Красная звезда». Утв. зам. председателя Витебского областного комитета ПР и ООС.	«Сборник методик выполнения измерений допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ» Часть1 Утв. Министерством ПР и ООС РБ. Согласовано председателем комитета по стандартизации метрологии и сертификации. Минск, 2005 Методика 2.2.10.4
	41.28.99 на двух листах Область аккредита ции химическо й лаборато рии ОАО «Бумажна я фабрика «Красная звезда» Наименован ие объекта или вида испытаний Код МКС Характерист ика объекта или вида испытаний Обозначени е ТНПА, устанавлива ющих требования	1.3 Химическое потребление кислорода (ХПК) (бихроматный метод) Д - (50 – 1000)мг/дм ³		Сборник методик Часть 2 Методика 2.2.58.3

1	2	3	4	5
1. Сточные воды	41.28.99	1.7 pH	«Разрешение на специальное водопользование № Бел-Вит 307 ОАО «Бумажная фабрика «Красная звезда». Утв. зам. председателя Витебского областного комитета ПР и ООС.	Сборник методик Часть 2 Методика 2.2.15
	41.28.99	1.8 Сульфаты (турбометрический метод) Д (10 – 1000) мг/дм ³		«Сборник методик выполнения измерений допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ» Часть 1 Утв. Министерством ПР и ООС РБ. Согласовано председателем комитета по стандартизации метрологии и сертификации. Минск, 2005 Часть 2 Методика 2.2.47.5
	41.28.99	1.9 Хлориды (титрометрический метод) Д - от 15 мг/дм ³		Сборник методик Часть 1 Методика 2.2.59.5
	41.28.99	1.10 Сухой остаток (гравиметрия) Д (50 - 1000) мг/дм ³		Сборник методик Часть 1 Методика 2.2.50.2
	41.28.99	1.11 СПАВ (фотометрический метод) Д (15 - 250) мкг/л		Сборник методик Часть 2 Методика 2.2.44.1
	41.28.99	1.12 Фосфаты (фотометрический метод) Д (0,1 - 1,0) мг/см ³ , Δ - ± (0,05 - 0,25) мг/см ³ Д (1,0 – 10) мг/см ³ , Δ - ± (0,25 - 1,0) мг/см ³ Д (10 - 50 мг/см ³) , Δ - ± (10 – 5) мг/см ³		Сборник методик Часть 2 Методика 2.2.55.1
	41.28.99	1.13 Взвешенные вещества (гравиметрический метод) Д - (5 – 50) мг/дм ³ , ± б - 20% Д - (50– 5000) мг/дм ³ , ± б - 10% Д – свыше 5000 мг/дм ³ , ± б - 5%		Сборник методик Часть 1 Методика 2.2.13.1

Руководитель уполномоченного
Органа по аккредитации

Г.С. Вожгуров

